

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zadavatele: Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Sídlo: Polní 553/3, 639 00 Brno
Zastoupený: Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou nemocnice
IČO: 48512478

Veřejná zakázka: Reagencie pro analyzátory parametrů ABR a ionizovaného vápníku

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatel uvádí „Analýza všech požadovaných parametrů musí být možná ze 100 µl vzorku“. Nabízíme systém, který umožňuje změřit všechny parametry kromě COOX z kapilárního odběru o objemu 65 µl, samotný COOX ze 100 µl a kompletní panel testů požadovaný zadavatelem ze 150 µl vzorku.

Vyhoví zadavatel požadavku na úpravu objemu vzorku ve znění: „Analýza všech požadovaných parametrů musí být možná max ze 150 µl vzorku“?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil přílohu kupní smlouvy – technickou specifikaci a v rámci ní změnil výše uvedený požadavek.

Rámcovou dohodu o koupi vč. přílohy č. 1 Technická specifikace analyzátorů ve znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení. Změna oproti původnímu znění je vyznačena zelenou barvou.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku a mění tak čl. 9.1 Zadávací dokumentace následovně:

Lhůta pro podání elektronické nabídky končí dne 06. 10. 2025 v 9:00 hod.

Přílohy:

- Příloha č. 4 – Rámcová dohoda o koupi ve znění ZD č. 1

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Brně dne 26. 09. 2025

Bc. Jan Forbelský

Vedoucí oddělení veřejných zakázek
a logistiky