

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název zadavatele: Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Sídlo: Polní 553/3, 639 00 Brno
Zastoupený: Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou nemocnice
IČO: 48512478

Veřejná zakázka: Pojízdny RTG přístroj

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne – odpověď na dotaz č.4, upravil požadavek technické specifikace na bezdrátový detektor tak, že nyní požaduje Velikost zobrazovacího pole detektoru 43 - 45 cm x 35 – 43 cm. Na rozdíl od jiných číselných hodnot požadovaných parametrů zde ale není uvedeno, že by se jednalo o požadavek min. nebo max.

Detektor v našem portfoliu má velikost aktivní plochy 43 x 35 cm po zaokrouhlení.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s detektorem o velikosti aktivní plochy 425,60 x 345,24 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nadále trvá na znění požadavků uvedených v technické specifikaci dle VZD č.1. Uvedené rozměry zobrazovacího pole detektoru jsou udány v rozmezí, které účastník musí splnit. To znamená, že jedna strana detektoru musí mít velikost minimálně 43 cm a maximálně 45 cm, druhá strana minimálně 35 cm a maximálně 43 cm. Není možné velikost zobrazovacího pole detektoru zaokrouhlovat, a dále ji ještě více zmenšovat. Zadavatel je přesvědčen, že udané rozpětí velikosti detektorů je pro účastníka, resp. nabízený přístroj, dosti velké. Zadavatel z provozních důvodů potřebuje dostatečně velké detektory. Ve skladbě pacientů docházejících k zadavateli se zvyšuje počet osob, kteří kvůli svým rozměrům vyžadují pro úspěšné vyšetření detektory výše uvedených rozměrů.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Brně dne 08. 10. 2025

Bc. Jan Forbelský

Vedoucí oddělení veřejných zakázek
a logistiky