

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název zadavatele: Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Sídlo: Polní 553/3, 639 00 Brno
Zastoupený: Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou nemocnice
IČO: 48512478

Veřejná zakázka: Pojízdny RTG přístroj

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve svém vysvětlení požaduje, aby velikost zobrazovacího pole detektoru byla v rozmezí min. 43,0 cm a max. 45,0 cm na jedné straně a min. 35,0 cm a max. 43,0 cm na druhé straně. Tento požadavek je odůvodněn provozními důvody, zejména rostoucím počtem pacientů s většími tělesnými rozměry. V našem portfoliu se nachází moderní detektor s aktivní zobrazovací plochou 42,5 cm × 42,5 cm, který sice nepatrně nesplňuje uvedený minimální rozměr na jedné straně, avšak celková aktivní plocha tohoto detektoru je přibližně o 20 % větší než minimální plocha stanovená Zadavatelem. Tento detektor navíc díky svému čtvercovému formátu nabízí optimální poměr stran pro snímkování hrudníku a dalších velkých anatomických oblastí, což je z klinického hlediska velmi výhodné zejména u obézních pacientů. Současně umožňuje efektivnější využití celé aktivní plochy a přispívá k vyšší kvalitě zobrazení i snížení nutnosti opakování expozic, což z dlouhodobého hlediska znamená úsporu času, dávky záření i provozních nákladů.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s detektorem o velikosti aktivní plochy 42,5 cm x 42,5 cm, který splňuje všechny ostatní požadované technické i provozní parametry včetně hmotnosti, a současně přináší významné praktické a klinické přínosy pro zdravotnický personál i pacienty?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil znění přílohy č. 1 kupní smlouvy – technické specifikace a rozšířil požadavek na minimální rozměr zobrazovacího pole bezdrátového detektoru.

Upravený požadavek je v technické specifikaci vyznačen zelenou barvou textu.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení přikládá přílohu č. 1 kupní smlouvy – technickou specifikaci ve znění VZD č. 3.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku a mění tak čl. 8.1 Zadávací dokumentace následovně:

Lhůta pro podání elektronické nabídky končí dne 29. 10. 2025 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Příloha:

- Příloha č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace ve znění VZD č.3

V Brně dne 10. 10. 2025

Bc. Jan Forbelský

Vedoucí oddělení veřejných zakázek
a logistiky